

Date d'édition : 24.11.2024

Ref : P6.3.1.6

P6.3.1.6 Influence d'un agent contrasté sur l'absorption de rayons X



Dans l'expérience P6.3.1.6 on montre l'utilisation de produits de contraste. Une cavité à l'intérieur d'une plaque remplie d'une solution de iodure est bien visible sur la radioscopie, par contre quand elle est remplie d'eau ceci n'est pas visible.

Équipement comprenant :

- 1 554 800 Appareil de base à rayons X
- 1 554 861 Tube à rayons X, Mo
- 1 554 839 Modèle de vaisseau sanguin pour produits de contraste
- 1 602 023 Bécher Boro 3.3, 150 ml, forme basse
- 1 602 295 Flacon en verre brun
- 1 602 783 Baguette en verre, 200 mm x 6 mm Ø
- 1 672 6610 Iodure de potassium, 100 g [DANGER H372]

Catégories / Arborescence

Sciences > Physique > Expériences pour le supérieur > Physique atomique et nucléaire > Rayons X > Mise en évidence de rayons X

Options



Date d'édition : 24.11.2024

Ref : 554800

Appareil de base à rayons X

Appareil de base livré sans tube et sans goniomètre.(554831)



Appareil de base, ajusté et prêt à l'emploi pour tous les tubes Molybdène(554 861) Cuivre(554 862) Fer(554 863) Tungstène(554 864) Argent(554 865), mais livré sans tube et sans goniomètre (554 831).

Caractéristiques techniques :
voir 554 801

Caractéristiques techniques :

Dispositif à rayons X pour l'enseignement et appareil à protection totale avec l'homologation BFS 05/07 V/Sch RöV (permet l'utilisation avec des tubes interchangeables au Fe, Cu, Mo, Ag, W, Au)

Taux de dose à une distance de 10 cm : $< 1 \mu\text{S/h}$

Respectivement deux circuits de sécurité indépendants et surveillés pour les portes, la haute tension et le courant du tube (certifié par le TÜV Rheinland et conforme aux exigences pour les essais de type PTB 2005)

Verrouillage automatique de la porte : l'ouverture est seulement possible lorsque plus aucun rayonnement X n'est généré (certifié par le TÜV Rheinland et conforme aux exigences pour les essais de type PTB 2005)

Haute tension du tube : 0 ... 35,0 kV (tension continue régulée)

Courant du tube : 0 ... 1,00 mA (courant continu régulé de manière indépendante)

Tube à rayons X visible avec anode au molybdène pour un rayonnement caractéristique à ondes courtes : $K \alpha = 17,4 \text{ keV}$ (71,0 pm), $K \beta = 19,6 \text{ keV}$ (63,1 pm)

Écran luminescent pour des expériences de radiographie : $d = 15 \text{ cm}$

Indicateur de valeur moyenne intégré, avec l'alimentation en tension pour le compteur de Geiger-Müller

Haut-parleur : activable pour le suivi acoustique du taux de comptage

Deux affichages à 4 chiffres (25 mm de haut) pour la visualisation au choix des valeurs actuelles de la haute tension, du courant anodique, du taux de comptage, de l'angle de la cible ou du capteur, du domaine de balayage, du pas de progression, du temps de porte

Réalisation des essais dans la partie expérimentation : câble coaxial haute tension, câble coaxial BNC, canal vide, par ex. pour des tuyaux, câbles, etc.

Sorties analogiques : proportionnellement à l'angle de la cible et au taux de comptage pour la connexion de l'enregistreur

Port USB pour le branchement du PC pour l'acquisition des données, la commande et l'exploitation de l'expérience, par ex. à l'aide du logiciel Windows fourni

Pilotes LabView et MATLAB pour Windows disponibles gratuitement sous <http://www.ld-didactic.com> pour ses propres mesures et commandes

Tension d'entrée : 230 V $\pm 10 \%$ / 47 ... 63 Hz

Consommation : 120 VA

Dimensions : 67 cm x 48 cm x 35 cm

Masse : 41 kg

Matériel livré :

Appareil de base

Plaque de protection pour l'écran

Housse de protection

Câble USB

Logiciel CASSY LAB 2 pour machine à rayon X pour Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 (524 223)



Date d'édition : 24.11.2024

Ref : 554839

Modèle de vaisseau sanguin pour produits de contraste

Pour démontrer l'action des produits de contraste.



Pour démontrer l'action des produits de contraste.

Plaque en plastique avec des canaux dissimulés ; le tube à rayons X étant enclenché, il est possible d'injecter de l'extérieur de l'appareil à rayons X un produit de contraste par le biais de raccords pour flexibles. La pénétration du produit injecté est visualisée sur l'écran luminescent de l'appareil à rayons X.

Des effets de grossissement peuvent être obtenus en modifiant l'écartement.

Matériel livré :

Plaque avec modèle de vaisseau sanguin sur pied magnétique Flexible 2 seringues en plastique 2 bouchons

Ref : 554861

Tube à rayons X, Mo



Tube à cathode chaude incandescente à chauffage direct avec filetage pour composant de refroidissement et culot bipolaire à broches pour le chauffage de la cathode ; convient pour l'appareil à rayons X (554 800 / 554 801)

Caractéristiques techniques :

Matériau de l'anode : Molybdène

Rayonnement caractéristique : $K\alpha = 71,1 \text{ pm}$ (17,4 keV), $K\beta = 63,1 \text{ pm}$ (19,6 keV)

Courant d'émission : max. 1 mA

Tension d'anode : max. 35 kV

Taille de la tache focale : env. 2 mm²

Longévité minimale : 300 heures

Film d'absorption (pour la mono-chromatisation du rayonnement): Nickel (Ni)

Diamètre : 4,5 cm

Longueur : 20 cm

Masse : 0,3 kg



Date d'édition : 24.11.2024

Ref : 602023

Bécher 150 ml, forme basse, verre borosilicaté



Forme basse, avec bec verseur, ISO 3819, DIN 12331

Caractéristiques techniques :

Volume : 150 ml

Ref : 602295

Flacon en verre brun



Col large, avec filetage et capsule.

Caractéristiques techniques :

Volume: 250 ml

Ref : 602783

Baguette en verre, 200 mm, dia. extérieur 6 mm





LEYBOLD®

Équipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 24.11.2024

Ref : 6726610
Iodure de potassium, 100 g